



PAINEKAARI TARKKUUSMITTARI KL 0,6

Kotelo

Aisi 304 , IP 54 (EN 60529)

Koneisto

Messinki/hopea nikkeli
Kivilaakeri

Mittauselin

Bourdonkaari kupari,
≤ bar 60 bar
Spiraalikaari Aisi 316 Ti tai
Aisi 316 L, > 60 bar

Lasi

PMMA

Tarkkuusluokka (EN 837-1/6)

0,6 %

Käyttölämpötila

Ympäristö max 60 C
Prosessiaine max 60 C

Kalibrointi

≤ 40 bar ilma
> 40 bar vesi

Koodi	Tyyppi	Halk.	Alueet	Liitäntä	Materiaali
16401-TH	401T	160	0 - 1 bar	G1/2 Alta	RST / Ms
16401-TJ	401T	160	0 - 2,5 bar	G1/2 Alta	RST / Ms
16401-TK	401T	160	0 - 4 bar	G1/2 Alta	RST / Ms
16401-TL	401T	160	0 - 6 bar	G1/2 Alta	RST / Ms
16401-TN	401T	160	0 - 16 bar	G1/2 Alta	RST / Ms
16401-TO	401T	160	0 - 25 bar	G1/2 Alta	RST / Ms
16401-TP	401T	160	0 - 40 bar	G1/2 Alta	RST / Ms
16401-TR	401T	160	0 - 100 bar	G1/2 Alta	RST / Ms
16401-TS	401T	160	0 - 160 bar	G1/2 Alta	RST / Ms



